

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора БелИИМ

В.П. Любко
" 17 " 2007 г.



ГСО количества соматических клеток в молоке (набор для калибровки)	Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов") Регистрационный номер ГСО РБ 1808-06
---	--

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ: фирмы Delta Instruments BV, Нидерланды

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для поверки/калибровки анализаторов молока при измерении количества соматических клеток в молоке.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

определяющие необходимость применения СО: документация на анализаторы молока CombiScore (Lacto Score, Soma Scope) фирмы "Delta Instruments B.V." (Нидерланды) или на иные анализаторы молока, допущенные к применению в Республике Беларусь.

ОПИСАНИЕ

Стандартные образцы представляют собой суспензию микрочастиц окрашенного полимера воде. Набор состоит из 4-х комплектов по 3 образца с одинаковым номинальным значением количества соматических клеток в каждом комплекте. СО фасованы по 150 мл в пластмассовые флаконы. Набор флаконов (12 штук) упакован в картонную коробку, хранится при температуре 4 – 30 °С.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование сертифицируемого параметра	Номер комплекта в наборе	Номинальное значение параметра, шт. / мл	Относительное среднее квадратическое отклонение среднего значения, %
Количество соматических клеток	1	250 000	3
	2	500 000	
	3	750 000	
	4	1 000 000	

Срок годности экземпляра СО: 1 год со дня изготовления.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА


Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

Фирма "Delta Instruments B.V." Нидерланды.
Адрес: De Bolder 68
9206 AR DRACHTEN, the Netherlands
Tel. +31 512 54 30 13
Fax +31 512 51 33 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


Фирма "Delta Instruments B.V." Нидерланды.
Адрес: De Bolder 68
9206 AR DRACHTEN, the Netherlands
Tel. +31 512 54 30 13
Fax +31 512 51 33 79



Директор
фирмы "Delta Instruments B.V."

DELTA INSTRUMENTS B.V.
De Bolder 68
9206 AR DRACHTEN
Tel. 0512-543013
Fax 0512 513379

Ben Habers



Начальник научно-исследовательского отдела
законодательной и теоретической метрологии, НТП



М.В. Шабанов