

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора БелГИМ

Лобко
" 14 " 0 2007
В.И. Лобко



ГСО количества соматических клеток в молоке (пилот-набор)	Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов") Регистрационный номер ГСО РБ 1807-06
--	--

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ: фирмы "Delta Instruments B.V." Нидерланды.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для поверки/калибровки анализаторов молока при измерении количества соматических клеток в молоке.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

определяющие необходимость применения СО: документация на анализаторы молока CombiScope (Lacto Scope, Soma Scope) фирмы "Delta Instruments B.V." (Нидерланды) или на иные анализаторы молока, допущенные к применению в Республике Беларусь.

ОПИСАНИЕ

Стандартные образцы представляют собой суспензию микрочастиц окрашенного полимера воде, фасованную по 150 мл в пластмассовые флаконы. Набор флаконов (12 штук) упакован в картонную коробку, хранится при температуре 4 – 30 °С.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование сертифицируемого параметра	Номинальное значение параметра, шт./ мл	Относительное среднее квадратическое отклонение среднего значения, %
Количество соматических клеток	400 000	3

Срок годности экземпляра СО: 1 год со дня изготовления.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА


Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

Фирма "Delta Instruments B.V." Нидерланды.
Адрес: De Bolder 68
9206 AR DRACHTEN, the Netherlands
Tel. +31 512 54 30 13
Fax +31 512 51 33 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Delta Instruments B.V." Нидерланды.
Адрес: De Bolder 68
9206 AR DRACHTEN, the Netherlands
Tel. +31 512 54 30 13
Fax +31 512 51 33 79


Директор
фирмы "Delta Instruments B.V."

Ben Habers

DELTA INSTRUMENTS B.V.
De Bolder 68
9206 AR DRACHTEN
Tel. 0512-543013
Fax 0512 513379

Начальник научно-исследовательского отдела
законодательной и теоретической метрологии, НТП


М.В. Шабанов