

## ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Директор Головного органа ГССО

В.В. Леонов

« 22 » 06 2006 г.

М.П.

Государственный стандартный образец  
состава раствора  
ократоксина А в смеси бензола  
и уксусной кислоты (О-50)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО  
Регистрационный номер 7941-2001

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: техническое задание, утвержденное 08.11.2000 г., методика приготовления ГСО.

Форма выпуска – единичное повторяющееся производство.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия выпущена в марте 2006 г.

**НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** СО предназначен для градуировки средств измерений при определении остаточных количеств ократоксина А в кормах, кормовом сырье, продуктах питания и продовольственном сырье, для метрологической аттестации вновь разрабатываемых МВИ, для контроля характеристик погрешности измерений, выполняемых по МВИ методами спектрофотометрии, жидкостной и тонкослойной хроматографии.

**Область применения** – санэпиднадзор; ветеринарная служба; пищевая промышленность; сельское хозяйство; научные исследования.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**, определяющие необходимость применения СО:

МР 3245-85, ГОСТ 28001-88.

**ОПИСАНИЕ:**

СО представляет собой раствор ократоксина А чистотой не менее 95 % в смеси бензола и уксусной кислоты номинальным объемом 1 см<sup>3</sup>, расфасованный в запайные стеклянные ампулы.

**НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемая характеристика СО – массовая концентрация

7-карбокси-5-хлоро-8гидрокси-3,4-дигидро-3R-метилизокумарин-7-L-β-фенилаланина

Интервал допускаемых аттестованных значений от 45 мкг/см<sup>3</sup> до 55 мкг/см<sup>3</sup>.

Границы допускаемого значения относительной погрешности ± 10% при доверительной вероятности 0,95.



Срок годности экземпляра СО: 1,5 года

РАЗРАБОТЧИКИ:


ГНУ ВНИИВСГЭ, 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5

ООО «ИМИД», 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная Аллея, д. 10;

ФГУП «УНИИМ», 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4.


ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ГНУ ВНИИВСГЭ, 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»



С.В. Медведевских

Зам. директора ГНУ ВНИИВСГЭ



В.В. Ивановцев

Зам. директора ООО «ИМИД»



Ю.Д. Коган