

ОПИСАНИЕ ТИПА ИО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора УНИИМ



Государственный стандартный образец состава
порошка сульфата натрия

выпущен в Государственный центр
стандартизации и метрологии
Государственный центр 0010 00

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ТУ 2642-028-0151489-94, техническое задание утверждено 8.04.94
№25.4-14/394

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен для градуировки фотоэлектроколориметрой и контроля погрешности методик выполнения измерения содержания аннионных ПАВ в водах различного происхождения и продукции на основе ПАВ.

Область применения - охрана природы и производство ПАВ.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

1. для охраны природы:

■ ГОСТ 27384-87 «Вода. Нормы потребления и измерений показателей состава и свойств»

■ ГОСТ Р 50595-93 «Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде»

■ Сборник СЭВ «Унифицированные методы исследования качества воды», М., 1977

■ Лурье Ю.Ю., Аналитическая химия промышленных сточных вод, М., Недра, 1970

■ Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье, М., Химия, 1973

2. для контроля продукции на основе ПАВ:

■ ТУ 10-04-16-161-89 «Шампуни на основе синтетических ПАВ»

■ ТУ 6-01-1353-88 «Сульфатооксидаты натрия».

ОПИСАНИЕ: материал СО - порошкообразный продукт белого цвета. Расфасован в стеклянные ампулы по 0,1 г. Размеры ампулы: высота - 100 мм, диаметр - 15 мм.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

аттестуемая характеристика - массовая доля додецилсульфата натрия.

Интервал допускаемых аттестованных значений 97-100%.

Относительная погрешность не превышает 2%.

Срок годности экземпляра СО - 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: НПОЛО «СинтезПАВ»

16, ул. Ржевское шоссе, г. Шебекино, Белгородской обл., 309250

Зам. директора по научной работе
НПОЛО «СинтезПАВ»



В.Н. Иванов