



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РОССТАНДАРТ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
физико-технических и радиотехнических измерений»
ФГУП «ВНИИФТРИ»

141570, п.о. Менделеево
Солнечногорского р-на, Московской обл.

Аттестат аккредитации Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
№ 075 от 12 декабря 2008 г.

Тел.: (4962) 66-25-76

E-mail: yarina@vniiftri.ru

Лицензия Госатомнадзора России
№ ЦО-09-501-3943 от 26 декабря 2007 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 45090.0M136
об аттестации методики радиационного контроля

Методика выполнения контроля (МВК) активности всех нормируемых компонент газоаerosольного выброса из венттруб (ВТ) атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом», изложенная по требованиям МИ 2453-2000 в документе МВК «Методика выполнения контроля активности газоаerosольных выбросов АЭС (типовая)», аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.594-02.

МВК устанавливает метод расчета выброса нормируемых в соответствии с СП АС-03 компонент газоаerosольного выброса за сутки, месяц, год и их неопределенности, а также критерии соответствия объекта нормативным требованиям. В качестве исходных данных для расчета предусмотрено использование результатов измерений по аттестованным типовым методикам концерна, а также аттестованным оригинальным методикам станций. МВК регламентирует: перечень контролируемых и измеряемых величин; порядок выполнения контроля; требования к средствам и методам его выполнения; способы и порядок расчета контролируемых величин; критерии соответствия и правила их применения. МВК обеспечивает выполнение учетного (документированного) контроля активности газоаerosольного выброса нормируемых радионуклидов из ВТ АЭС с целью подтверждения соответствия АЭС установленным нормативным требованиям ДВ и КУ (за сутки, месяц и год) и документальную фиксацию радиационного качества газоаerosольного выброса (мониторинг газоаerosольного выброса) с суммарной неопределенностью контролируемых величин (20-60) % ($P=0,95$).

Аттестация выполнена на основании метрологической экспертизы материалов по разработке методики и документа на МВК. Настоящая методика внесена в Реестр методик системы САРК под номером МВК 6.2.20-10 и допускается к применению в аккредитованных лабораториях радиационного контроля атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» в качестве типовой методики.

Дата аттестации: 25.11. 2010 г.

Руководитель ЦМИИ, д.т.н.

Эксперт, д.т.н.



В.П. Ярына

Е.И. Григорьев

МВК 6.2.20-10