



Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(БелГИМ)

Старовиленский тракт 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь,
Тел.: +375 17 374-55-01, Факс: +375 17 244-99-38, E-mail: info@belgim.by, www.belgim.by

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 048/2024 от 29 августа 2024 г.

Методика (метод) измерений параметров сигналов распределительных сетей систем кабельного телевидения с показателями точности, приведенными в приложении на оборотной стороне свидетельства, установленными в результате проведения экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: ОАО «Гипросвязь» (220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24),

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ.МН 0172-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Параметры сигналов распределительных сетей систем кабельного телевидения. Методика измерений»,

обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Директор

(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)



(подпись)
М.П.

А.В.Казачок

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

29 августа 2024 г.

Серия МН № 0182

Приложение к свидетельству
об аттестации № 048/2024 от 29 августа 2024 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики
(метода) измерений

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Стандартное отклонение промежуточной прецизионности $S_{I(T)}$, дБ, не более	Расширенная неопределённость измерения U ($P = 95 \%$, $k = 2$), дБ, не более
Уровень напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов	55-85 дБ (мкВ)	1,0	1,8
Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения	5-25 дБ	1,1	3,5
Уровень напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распределения	60-75 дБ (мкВ)	0,4	1,8

Директор



А.В.Казачок