



Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(БелГИМ)

Старовиленский тракт 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь,
Тел.: +375 17 374-55-01, Факс: +375 17 244-99-38, E-mail: info@belgim.by, www.belgim.by

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 054/2024 от 30 сентября 2024 г.

Методика (метод) измерений массовой доли кремниевой кислоты в водорастворимой части отложений, образующихся на внутренних поверхностях нагрева теплосилового оборудования, фотоколориметрическим методом с показателями точности, приведенными в приложении на оборотной стороне свидетельства, установленными в результате проведения экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: ООО «ЛабАльянс» (ул. Ленина, д. 27, офис 148, 220030, г. Минск),

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ.МН 0178-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Массовая доля кремниевой кислоты в водорастворимой части отложений, образующихся на внутренних поверхностях нагрева теплосилового оборудования. Методика измерений фотоколориметрическим методом»,

обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Директор

(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)



(подпись)
М.П.

А.В.Казачок

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

30 сентября 2024 г.

Серия МН № 0188

Приложение к свидетельству
об аттестации № 054/2024 от 30 сентября 2024 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики
(метода) измерений

Диапазон измерений массовой доли кремниевой кислоты, %	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ_r , %, не более	Относительный предел повторяемости r , %, не более	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности σ_{R1} , %, не более	Относительный предел промежуточной прецизионности $R_{I(0)}$, %, не более	Степень извлечения R , %	Относительная расширенная неопределённость измерений $U_{отн}$ ($P = 95\%$, $k = 2$), %, не более
от 0,010 до 0,050	8,60	24,07	7,74	21,67	от 97,4 до 127,5	82,83
св. 0,050 до 0,100	3,84	10,75	2,31	6,47	от 93,3 до 106,7	34,33
св. 0,100 до 0,500	1,71	4,80	2,73	7,65		16,70
св. 0,500 до 5,000	1,85	5,17	3,12	8,73		

Директор



А.В.Казачок