



**Республиканское унитарное предприятие
«БРЕСТСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ»**

ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, тел: (0162) 58 08 73, факс: (0162) 58 08 71,
эл. почта: csm@csmbrest.by, сайт: csmbrest.by

(полное наименование, место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта
уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений
№ 017/2024 от 08 октября 2024 г.**

Методика (метод) измерений объема фасованных масел из нефтепродуктов в диапазоне от 1 до 50 л с показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне свидетельства, установленными в результате экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на обратной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная РУП «Брестский ЦСМС», ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест,

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.БР 0058-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Объем фасованных масел из нефтепродуктов. Методика измерений»,

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Заместитель директора по
метрологии

(должность руководителя уполномоченного
юридического лица)



(подпись)
М.П.

Л.А. Руковичников

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

08 октября 2024 г.

Серия БР № 017-2024

Приложение к свидетельству
об аттестации № 017/2024 от 08 октября 2024

Диапазон значений измеряемой величины	Относительное стандартное отклонение повторяемости S_r , %	Предел повторяемости r , %	Относительное стандартное отклонение воспроизводимости S_R , %	Предел воспроизводимости R , %
от 1 до 10 л вкл.	0,34	1,55	0,35	1,6
от 10 до 50 л вкл.	0,08	0,36	0,18	0,79

Относительная расширенная неопределенность измерений объема масел для уровня доверия 95 % и коэффициенте охвата 2 во всем диапазоне значений измеряемой величины от 1 до 50 л при фасовке в потребительскую тару не превышает 0,35 %, при измерении неразрушающим методом не превышает 3,5 %.

Начальник отдела



С.М.Петручик