



**Республиканское унитарное предприятие
«БРЕСТСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ»**

ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, тел: (0162) 58 08 73, факс: (0162) 58 08 71,
эл. почта: csm@csmbrest.by, сайт: csmbrest.by

(полное наименование, место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта
уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений
№ 001/2025 от 15 января 2025 г.**

Методика измерения буферной емкости кормов, комбикормов, кормов растительного и животного происхождения, белково-витаминно-минеральных концентратов, премиксов, смесей кормовых и комбикормового сырья методом кислотно-основного титрования с показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне свидетельства, установленными в результате экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на обратной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная ООО «КонсулАгро», 225101, Жабинковский район, Жабинковский с/с, 16, севернее г. Жабинка,

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.БР 0065-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Буферная емкость кормов комбикормов, комбикормового сырья. Методика измерений методом кислотно-основного титрования»,

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Заместитель директора по
метрологии

(должность руководителя уполномоченного
юридического лица)



Л.А. Руковичников

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

15 января 2025 г.

Серия БР № 001-2025

Приложение к свидетельству
об аттестации № 001/2025 от 15 января 2025

Измеряемая величина	Диапазон измерений, моль-экв/г	Относительно е стандартное отклонение повторяемости σ_r , %	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности σ_l , %	Расширенная относительная неопределенность анализа ¹ U, % (P=95 %, k=2)
Буферная ёмкость	от 26,35 до 829,6	1,36	1,89	4,5
1- По результатам расчета неопределённости предварительных экспериментальных исследований.				

Ведущий инженер



С.Н. Карпук