



**Республиканское унитарное предприятие
«БРЕСТСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ»**

ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, тел: (0162) 58 08 73, факс: (0162) 58 08 71,
эл. почта: csm@csmbrest.by, сайт: csmbrest.by

(полное наименование, место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта
уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений
№ 013/2025 от 25 июня 2025 г.**

Методика (метод) измерений массовой концентрации глифосата в гербицидах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне свидетельства, установленными в результате экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений;
показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на обратной стороне свидетельства);
указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная ООО «ЛабАльянс», 220030, г. Минск, ул. Ленина, 27, офис 148,

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии),
место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.БР 0077-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Массовая концентрация глифосата в гербицидах. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»,

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению:

Заместитель директора по
метрологии

(должность руководителя уполномоченного
юридического лица)



Л.А. Руковичников

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

25 июня 2025 г.


Серия БР № 013-2025

Приложение к свидетельству
об аттестации № 013/2025 от 25 июня 2025

Таблица 1

Измеряе- мая величина	Диапа- зон измере- ний, г/л	Стандартное отклонение повторяе- мости σ_r , г/л , не более	Предел повторяе- мости, г, г/л , не более	Стандартное отклонение промежуточ- ной прецизион- ности σ_R , г/л, не более	Предел промежу- точной прецизион- ности, R, г/л, не более	Расширенная неопределен- ность измерений, U, г/л (P=95 %, k=2)
Массовая концентра- ция глифосата	от 345 до 375 включ.	1,40	3,93	1,98	5,55	15,72
	от 435 до 465 включ.	1,56	4,37	2,85	7,99	15,41
	от 530 до 570 включ.	1,99	5,57	4,90	13,72	25,58

Ведущий инженер



И.В. Корнейчук