



**Республиканское унитарное предприятие
«БРЕСТСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ»**

ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, тел: (0162) 58 08 73, факс: (0162) 58 08 71,
эл. почта: csm@csmbrest.by, сайт: csmbrest.by

(полное наименование, место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта
уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений
№ 019/2025 от 04 августа 2025 г.**

Методика (метод) измерений полноты протравливания семян препаратом «ВЕРШИНА» методом ВЭЖХ с показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне свидетельства, установленными в результате экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений;
показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на обратной стороне свидетельства);
указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная ООО «Франдеса», Березовский район, 1, 225209, Брестская область,

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии),
место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.БР 0083-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Полнота протравливания семян препаратом «ВЕРШИНА». Методика измерений концентрации методом ВЭЖХ»,

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Начальник отдела

(должность руководителя уполномоченного
юридического лица)



С.В. Осипова

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

04 августа 2025 г.

Серия БР № 019-2025

Приложение к свидетельству
об аттестации № 019/2025 от 04 августа 2025

Измеряемая величина	Диапазон измерения, дм ³ /т	Предел повторяемости по действующему веществу r, %		Предел промежуточной прецизион- ности по действующему веществу R _I , %		Расширенная относительная неопределен- ность U, (P=95 %, k=2), %	
		азокси- стробин	тебуко- назол	азокси- стробин	тебуко- назол	азокси- стробин	тебуко- назол
Норма расхода препарата	от 0,40 до 1,40	6,78	6,47	10,12	9,66	2,44	2,82

Ведущий инженер

И.В. Корнейчук