



Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

ул. Обухова, д. 3, г. Гродно, Республика Беларусь, 230003
+375 (152) 71 45 88, +375 (152) 71 45 93 (факс)
e-mail: sector_eri@csmsgrodno.by, url: <http://csms.grodno.by>

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 051/2025 от 26 августа 2025 г.

Методика (метод) измерений испытательного напряжения и тока утечки при испытании электрозащитных средств (перчаток диэлектрических, обуви специальной диэлектрической, ручного инструмента для работы под напряжением, указателей напряжения до и выше 1000 В, электроизолирующих и измерительных штанг, электроизолирующих и электроизмерительных клещей) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 – 100 кВ на высоковольтном стационарном стенде СВС-100, с показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне свидетельства

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления)

разработанная Филиалом РУП "Брестское отделение Бел.ж.д." "Брестская дистанция электроснабжения" 224016, г. Брест, ул. Салтыкова-Щедрина, 1 А

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.ГР 0188-2025 «Испытания средств защиты. Методика измерений».

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Главный метролог –
начальник отдела метрологии



Д.В. Ярмолик

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

26 августа 2025 г.

СА № 0512025

Приложение к свидетельству
об аттестации № 051/2025 от 26 августа 2025 г.

В ходе аттестации, осуществленной по результатам анализа и оценки комплекта документов, предусмотренного пунктом 9 Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43, установлены следующие характеристики методики измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ_r , %, не более	Относительное стандартное отклонение воспроизводимости σ_R , %, не более	Расширенная неопределенность ($P=95\%$, $k=2$), %
Испытательное напряжение переменного тока	от 0 до 100 кВ	4,8	4,8	14,7
Сила переменного тока, протекающего через объект испытаний (ток утечки)	от 0 до 10 мА	6,0	6,0	12,1