Республиканское унитарное предприятие
«КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
247710, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50, тел. (802345) 53725

Свидетельство об уполномочивании на проведение аттестации методик (метод) измерений № 20 от 24.11.2023 приложение 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ

№ 048/2025 от 05.11.2025 г.

«Масса нефтепродуктов. Методика измерений прямым методом динамических измерений».

(наименование измеряемой величины), шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: ОАО «Нафтан»

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительство – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ. КЛ 0061-2025 «Масса нефтепродуктов. Методика измерений прямым методом динамических измерений».

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021г. № 43.

В результате аттестации методики (метод) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требования к измерениям, а также своему назначению.

Директор центра
(должность руководителя уполномоченного юридического лица)

(подпись)
М.П.

В. Г. Ярец
(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации 05 ноября 2025 г.

Приложение к свидетельству
об аттестации 048/2025 от 05 ноября 2025 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики (метода) измерений:

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов по настоящей методике измерений в диапазоне измерений массового расхода от 8,0 до 40,0 т/ч составляют:

±0,25 % - при прямом методе динамических измерений с применением массового расходомера.

Начальник отдела метрологии С.В.Тимохов