



ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА  
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ, МЕТРАЛОГІІ І  
СЕРТЫФІКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

Дзяржаўнае прадпрыемства  
“ЦЭНТР ЭТАЛОНАЎ,  
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ І МЕТРАЛОГІІ”  
- ДП “ЦЭСМ”

220053 г. Мінск Старавіленскі тракт 93  
Тэлефон (017) 237-55-01 Факс (017) 213-09-38  
Тэлетаіп 252170 “SHKAL BY”  
Эл. пошта : mcsm@gpcsm.belpak.minsk.by  
Разліковы рахунак: 3012002840020  
ГУАК БелПСБ г.Мінска МФО 334

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И  
СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(ГОССТАНДАРТ)

Государственное предприятие  
“ЦЕНТР ЭТАЛОНОВ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ”  
- ГП “ЦЭСМ”

220053 г. Минск Старовиленский тракт 93  
Телефон (017) 237-55-01 Факс (017) 213-09-38  
Телетайп 252170 “SHKAL BY”  
Эл. почта : mcsm@gpcsm.belpak.minsk.by  
Расчётный счёт: 3012002840020  
ГУАК БелПСБ г.Минска МФО 334

28.12.99

№

На №

от

## СВИДЕТЕЛЬСТВО № 117/99

### О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ)

Методика выполнения измерений гравиметрического определения  
массового выброса в атмосферу взвешенных частиц от установок мокрого  
пылеулавливания производств минеральных удобрений,

разработанная НППП «МБИ-ЛОТИОС»

и регламентированная в **МВИ.МН 1176-99. Методика выполнения  
измерений гравиметрического определения массового выброса в  
атмосферу взвешенных частиц от установок мокрого  
пылеулавливания производств минеральных удобрений и солей**


аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-90.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы  
материалов по разработке и экспериментального исследования МВИ.

В результате аттестации МВИ установлено, что МВИ соответствует  
предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими  
основными метрологическими характеристиками:

Относительная суммарная погрешность измерений при принятой  
доверительной вероятности  $p=0,95$  в диапазоне определяемых значений  
массового выброса 1-30 г/с составляет  $\pm 24,8\%$ .

Зам. директора



В.П.Лобко