

Республиканское унитарное предприятие  
**«КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»**  
247710, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50, тел. (802345) 53725

Свидетельство об уполномочивании на проведение аттестации методик (метод) измерений  
№ 20 от 24.11.2023 приложение 2

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 063/2025 от 08.12.2025 г.

«Толщина изоляционных покрытий. Методика измерений».  
(наименование измеряемой величины), шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: ООО «ЛабАльянс»

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ. КЛ 0076-2025 «Толщина изоляционных покрытий. Методика измерений».


(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021г. № 43.

В результате аттестации методики (метод) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Директор центра  
(должность руководителя  
уполномоченного юридического лица)



  
(подпись)  
М.П.

В. Г. Ярец  
(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации 08 декабря 2025 г.

Приложение к свидетельству  
об аттестации 063/2025 от 08 декабря 2025 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений,  
методики (метода) измерений:

Тип преобразователя	Диапазон измерений, мм	Тип основания	Относительное стандартное отклонение повторяемости $\sigma$ , %, не более	Предел повторяемости $r$ , %, не более	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $\sigma_R$ , %, не более	Предел промежуточной прецизионности $R$ , %, не более	Расширенная неопределенность измерений, $U$ , мм ( $P=95\%$ , $k=2$ ), не более
ИДЗ	от 0,000 до 0,999	ферромагнитное	6,6	18,5	6,6	18,4	0,036
	от 1,00 до 6,00		0,7	1,9	0,6	1,8	0,21
ПД2	от 0,00 до 9,99	неферромагнитное	8,0	22,4	8,7	24,5	0,26
	от 10,00 до 15,00		0,4	1,0	0,4	1,1	0,63
	от 0,00 до 15,00	ферромагнитное	4,9	13,8	4,9	13,8	0,68

Начальник отдела метрологии



С.В.Тимохов