

Республиканское унитарное предприятие
**«КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»**

247710, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50, тел. (802345) 53725

Свидетельство об уполномочивании на проведение аттестации методик (метод) измерений
№ 20 от 24.11.2023 приложение 2

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 064/2025 от 09.12.2025 г.

«Концентрация соматических клеток в молоке сыром коровьем. Методика измерений методом проточной флуоресцентной цитометрии с использованием анализатора молока и молочной продукции CombiScore (LactoScore, SomaScore)».

(наименование измеряемой величины), шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: ООО «ЛабАльянс»


(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная: АМИ. КЛ 0077-2025 «Концентрация соматических клеток в молоке сыром коровьем. Методика измерений методом проточной флуоресцентной цитометрии с использованием анализатора молока и молочной продукции CombiScore (LactoScore, SomaScore)».

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021г. № 43.

В результате аттестации методики (метод) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.



Директор центра
(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)


(подпись)
М.П.

В. Г. Ярец
(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации 09 декабря 2025 г.

Приложение к свидетельству
об аттестации 064/2025 от 09 декабря 2025 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений,
методики (метода) измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерений, шт./см ³	Относительное стандартное отклонение повторяемости S_r , %, не более	Относительный предел повторяемости r , %, не более	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $S_{I(0)}$, %, не более	Относительный предел промежуточной прецизионности R , %, не более	Относительная расширенная неопределенность ($P=95\%$, $k=2$), U , %, не более
Концентрация соматических клеток	от $133 \cdot 10^3$ до $905 \cdot 10^3$	3,32	9,29	1,97	5,50	6,46

Начальник отдела метрологии



С.В.Тимохов