



**Республиканское унитарное предприятие
«БРЕСТСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ»**

ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, тел: (0162) 58 08 73, факс: (0162) 58 08 71,
эл. почта: csm@csmbrest.by, сайт: csmbrest.by

(полное наименование, место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта
уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений
№ 024/2026 от 16 июля 2026 г.**

Методика (метод) измерений действительного количества товара и среднего
содержимого партии (объема) продукции, фасованной в упаковки любого вида, с
показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне
свидетельства, установленными в результате экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений;
показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на обратной стороне свидетельства);
указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная ООО «ЛабАльянс», ул. Ленина, 27, офис 148, 220030, г. Минск,

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии),
место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.БР 0135-2026 «Система обеспечения единства измерений
Республики Беларусь. Действительное количество товара и среднее содержимое партии
(объема) выпускаемой фасованной продукции. Методика измерений»,

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической
оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных
постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от
23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика
(метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также
своему назначению.

Заместитель директора по
метрологии

(должность руководителя уполномоченного
юридического лица)



Л.А. Руковичников

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

16 июля 2026 г.

Серия БР № 024-2026

Приложение к свидетельству
об аттестации № 024/2026 от 16 июля 2026

Измеряемая величина	Диапазон значений измеряемой величины, см ³	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ_r , см ³ , не более	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $\sigma_I(O)$, см ³ , не более
Действительное количество товара и среднее содержимое партии (объема) продукции (метод прямых измерений)	от 10 до 10000	0,434	0,434
Действительное количество товара и среднее содержимое партии (объема) продукции (метод косвенных измерений)	от 10 до 10000	4,760	4,760

Расширенная неопределенность действительного количества товара, измеряемого методом прямых измерений, для уровня доверия $P=95\%$ и коэффициенте охвата $k=2$ во всем диапазоне значений измеряемой величины составила 1,308 см³.

Расширенная неопределенность среднего содержимого партии для уровня доверия $P=95\%$ и коэффициенте охвата $k=2$ во всем диапазоне значений измеряемой величины составила 2,616 см³.

Расширенная неопределенность действительного количества товара, измеряемого методом косвенных измерений, для уровня доверия $P=95\%$ и коэффициенте охвата $k=2$ во всем диапазоне значений измеряемой величины составила 14,872 см³.

Расширенная неопределенность среднего содержимого партии для уровня доверия $P=95\%$ и коэффициенте охвата $k=2$ во всем диапазоне значений измеряемой величины составила 17,775 см³.

Инженер 2-ой категории

Е.Ю.Рахманец