

**Республиканское унитарное предприятие
«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель
тел. (0232) 26 33 01, факс (0232) 26 33 00
e-mail: mail@gomelcsms.by, www.gomelcsms.by

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений**

№ 028/2026 от 10.06.2026 г.

Методика (метод) измерений электрических сопротивлений элементов системы электрохимической защиты и изолирующих соединений трубопроводов методом непосредственной оценки,


разработанная в ООО «ЛабАльянс», 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, д. 27, офис 148,

установленная в АМИ.КЛ 0123-2026 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Электрическое сопротивление элементов системы электрохимической защиты и изолирующих соединений трубопроводов. Методика измерений»,

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Заместитель директора
Государственного предприятия
«Гомельский ЦСМС»



В.А.Мелешко

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

10 июня 2026 г.

Серия ГМ № 00553

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики (метода) измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Относительная расширенная неопределенность $U\%$ ($P=95\%$, $k=2$), %
Сопротивление растеканию токов анодных заземлений и токоотводов-протекторов	от 0 до 0,3 Ом	8,65
	от 0 до 15 кОм	2,82
Сопротивление изоляции ВЭИ	от 0 до 0,3 Ом	9,86
	от 0 до 15 кОм	2,89
Сопротивление цепи «труба-защитный кожух»	от 0 до 0,3 Ом	9,62
	от 0 до 15 кОм	3,09