



Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(БелГИМ)

Старовиленский тракт 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь,
Тел.: +375 17 374-55-01, Факс: +375 17 244-99-38, E-mail: info@belgim.by, www.belgim.by

СВИДЕТЕЛЬСТВО об аттестации методики (метода) измерений

№ 013/2026 от 21 августа 2026 г.

Методика (метод) измерений массовой концентрации мезотриона в гербициде «ЭГИДА» методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с рабочими характеристиками, включая показатели точности измерений, приведенными в приложении на оборотной стороне свидетельства, установленными в результате проведения экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений);
объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить
в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности
результатов измерений при аттестации)

разработанная ЗАО «Август-Бел» (Дукорский с/с, 18, 222840, Минская обл.,
Пуховичский р-н),

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
(при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)

установленная АМИ.МН 0251-2026 «Система обеспечения единства измерений
Республики Беларусь. Массовая концентрация мезотриона в гербициде «ЭГИДА».
Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»,

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления
метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений,
утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика
(метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям,
а также своему назначению.

Заместитель директора

(должность служащего руководителя
уполномоченного юридического лица)

(подпись)

М.П.

Ю.В.Козак

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

21 августа 2026 г.


Серия МН № 0261

Приложение к свидетельству
об аттестации № 013/2026 от 21 августа 2026 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики
(метода) измерений

Измеряемая величина	Диапазон измерений, г/дм ³	Стандартное отклонение повторяемости σ_r , г/дм ³	Стандартное отклонение промежуточной прецизионности σ_I , г/дм ³	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$) U , г/дм ³
Массовая концентрация мезотриона	от 450 до 510	3,1	3,1	13

Заместитель директора БелГИМ



Ю.В.Козак