

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
**“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ”**
- БелДІМ -

Старавіленскі тракт 93, г. 220053, Мінск,
Тэлефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info@belgim.by

IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
Рэгіянальная дырэцыя №700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «БПС-Сбербанк»,
BIC SWIFT BPSBBY2X г. Мінск праспект Машэрава, 80
УНП 100055197, АКПА 02568454



ОКПО 02568454
УНН 100055197
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие
**“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ”**
- БелГИМ -

Старовиленский тракт 93, 220053, Минск
Телефон +375 17 233 55 01 Факс +375 17 288 09 38
Эл. почта: info@belgim.by

IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
Региональная дирекция №700 по г. Минску
и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
BIC SWIFT BPSBBY2X, г. Минск проспект Машерова, 80
УНП 100055197, ОКПО 02568454

05.12.2019 г. № 28-12/30575
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 1193/2019 об аттестации МВИ

Метод измерений массовой доли белка коровьего молока в безмолочных низкоаллергенных продуктах для детского питания методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы RIDASCREEN®FAST Milk, разработанный РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», и регламентированный в **МВИ.МН 6203-2019 «Методика выполнения измерений «Определение молока в безмолочных низкоаллергенных продуктах для детского питания методом ИФА»**, аттестован в соответствии с ТКП 8.006-2011.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что метод измерений соответствует предъявляемым к нему метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Относительные значения показателей повторяемости и показателя промежуточной прецизионности с изменяющимся фактором «время-оператор» измерений массовой доли белка коровьего молока при доверительной вероятности $P = 95 \%$

Измеряемая величина	Диапазон измерений, мг/кг	Группа продуктов	Относительное стандартное отклонение повторяемости $\sigma_r, \%$	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $\sigma_{(TO)}, \%$
Массовая доля белка коровьего молока	от 2,5 до 67,5 вкл.	Пищевая продукция, предназначенная для детского питания: пищевая продукция, относящаяся к пищевой продукции специализированного низкоаллергенного (гипоаллергенного) питания, замаркированная изготовителями, как не содержащая коровье молоко или с низким содержанием коровьего молока: (сухие смеси для детского питания, консервированные жидкие и пастообразные продукты для детского питания, сложносоставные мучные и кондитерские изделия)	4,0	5,3

