



На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 1195/2019
об аттестации МВИ

Метод измерений массовой доли яиц в низкоаллергенных продуктах для детского питания методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы RIDASCREEN®FAST Ei/Egg Protein, разработанный РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», и регламентированный в **МВИ.МН 6205-2019 «Методика выполнения измерений «Определение яиц в низкоаллергенных продуктах для детского питания методом ИФА»**, аттестован в соответствии с ТКП 8.006-2011.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что метод измерений соответствует предъявляемым к нему метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Измеряемая величина	Диапазон измерений, мг/кг	Группа продуктов	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ_r , %	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $\sigma_{(TO)}$, %	Относительная суммарная стандартная неопределенность $\frac{u_c(X)}{X}$, %	Относительная расширенная неопределенность U , %, ($k=2$, $P=95\%$)
Массовая доля яиц	от 0,50 до 13,50 вкл.	Пищевая продукция специализированного низкоаллергенного (гипоаллергенного) питания, замаркированная изготовителем, как не содержащая яиц (сухие смеси для детского питания, консервированные жидкие и пастообразные продукты для детского питания, сложносоставные мучные и кондитерские изделия для детского питания)	4,7	8,1	11	22

Первый заместитель директора



Н.В. Баковец