



ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
**“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ”**
- БелДІМ -

Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053
Тэлэфон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info@belgim.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
у філіяле ААТ «БПС - Банк» па г. Мінску,
МФО 153001334, праспект Машэрава, 80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие
**“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ”**
- БелГИМ -

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053
Телефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. почта: info@belgim.by
Расчётный счёт: 3012002840020
в филиале ОАО «БПС - Банк» по г. Минску,
МФО 153001334, проспект Машерова, 80

30.09. 2009 г. № 28-14,10541
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 535/2009
об аттестации МВИ

Препараты ферментные
Методика выполнения измерений
 β -глюканазной, ксиланазной, целлюлазной активностей

Методика выполнения измерений, разработанная ЦНИЛхлебопродукт и регламентированная в МВИ.МН 3235-2009 **“Препараты ферментные. Методика выполнения измерений β -глюканазной, ксиланазной, целлюлазной активностей”** аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Наименование измеряемой характеристики, ед. измерения	Диапазон измерений	Предел повторяемости, г, %	Предел воспроизводимости, R, %	Неопределенность измерения, U, %
β -глюканазная активность, ед/г (ед/см ³)	100 – 10 000	10	20	16
ксиланазная активность, ед/г (ед/см ³)	100 - 10 000	10	20	16
целлюлазная активность, ед/г (ед/см ³)	10 – 10 000	10	20	16

Заместитель директора по науке

Т.А. Коломиец