



ОКПО 02568454
УНП 100055197

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
**“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ”**
- БелДІМ -

Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053
Тэлэфон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info@belgim.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
у філіяле ААТ «БПС - Банк» па г. Мінску,
МФО 153001334, праспект Машэрава, 80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие
**“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ”**
- БелГИМ -

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053
Телефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. почта: info@belgim.by
Расчётный счёт: 3012002840020
в филиале ОАО «БПС - Банк» по г. Минску,
МФО 153001334, проспект Машерова, 80

_____ 200 г. № _____ /
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 493/2008
об аттестации МВИ

**Методика выполнения измерений массовой доли молибдена
в ферромolibдене методом плазменной спектрометрии**

Методика выполнения измерений, разработанная РУП "Белорусский металлургический завод", и регламентированная в **МВИ.МН 3015-2008 «Методика выполнения измерений массовой доли молибдена в ферромolibдене методом плазменной спектрометрии»** аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Диапазон измерений, %	Стандартное отклонение повторяемости, S_r , %	Предел повторяемости, r , %	Стандартное отклонение воспроизводимости, S_R , %	Предел воспроизводимости R , %	Смещение метода измерений, δ , %	Расширенная неопределенность метода измерений, $U(X)$, %
От 30 до 45 вкл.	0,18	0,51	0,26	0,72	0,20	0,65
Св. 45 до 75 вкл.	0,12	0,33	0,19	0,53		0,46
Св. 75 до 99 вкл.	0,23	0,65	0,37	1,04		0,88



Заместитель директора по науке

Т.А. Коломиец