

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
"БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ"
- БелДІМ -Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053
Тэлефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info @ belgim.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
у філіяле ААТ «БПС - Банк» па г. Мінску,
МФО 153001334, праспект Машэрава, 80Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"
- БелГИМ -Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053
Телефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. почта: info @ belgim.by
Расчётный счёт: 3012002840020
в филиале ОАО «БПС - Банк» по г. Минску,
МФО 153001334, проспект Машерова, 80_____ 200 г. № _____ /
На № _____ от _____**СВИДЕТЕЛЬСТВО № 492/2008**
об аттестации МВИ**Методика выполнения измерений массовой доли сульфат-иона
в соли поваренной пищевой, кормовой, натрия хлоридом техническом,
концентрате минеральном-галите гравиметрическим методом**

Методика выполнения измерений, разработанная РУП "ПО "Беларуськалий", и регламентированная в **МВИ.МН 3014-2008 «Методика выполнения измерений массовой доли сульфат-иона в соли поваренной пищевой, кормовой, натрия хлоридом техническом, концентрате минеральном-галите гравиметрическим методом»** аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Диапазон измерения массовой доли сульфат-иона, %	Показатель точности (границы, в которых находится абсолютная погрешность методики $\pm \Delta_x$), %	Предел повторяемости σ (абсолютное допускаемое расхождение результатов двух однократных определений), %	Критический размах $CR_{0,95}(3)$ (абсолютное допускаемое расхождение результатов трех однократных определений), %	Предел воспроизводимости R (абсолютное допускаемое расхождение для двух результатов анализа, полученных в разных лабораториях), %
От 0,10 до 1,50 вкл.	0,04	0,03	0,04	0,04

Заместитель директора по науке



Т.А. Коломиец