

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОКПО 02568454
УНН 100055197

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
**«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ
МЕТРАЛОГІІ»
(БелДІМ)**

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэлефон: +375 (17) 374 55 01, факс: +375 (17) 244 99 38
Эл. пошта: info@belgim.by

IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «БПС-Сбербанк»,
БІК BPSBBY2X

УНП 100055197, АКПА 02568454

09.09.2020 № 28-12/27518

На № _____ ад _____

Республиканское унитарное предприятие
**«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(БелГИМ)**

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Телефон: +375 (17) 374 55 01, факс: +375 (17) 244 99 38
Эл. почта: info@belgim.by

IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
Региональная дирекция №700 по г. Минску
и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X

УНП 100055197, ОКПО 02568454

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 1249/2020 об аттестации МВИ

Методика выполнения измерений рентгенозащитных характеристик средств радиационной защиты от рентгеновского излучения (свинцовый эквивалент, степень ослабления, неоднородность), разработанная специалистом, нанятым по договору подряда от 24.06.2020 №С-20-ДП 461 Лазаренко С.В. для РДТУП «Медтехника» г.Гомель, и регламентированная в **МВИ.МН 6302-2020 «Параметры индивидуальных, передвижных и стационарных средств радиационной защиты. Методика выполнения измерений»**, аттестована в соответствии с ТКП 8.006-2011.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

- расширенная неопределённость измерений свинцового эквивалента и расширенная неопределённость измерений степени ослабления по настоящей МВИ для уровня доверия 95 % с коэффициентом охвата $k=2$ не превышает 10 %.

Первый заместитель директора



Н.В.Баковец