


<p style="text-align: center;"><b>С С С Р</b></p> <p style="text-align: center;">Комитет по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР</p>	<p style="text-align: center;">МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ И ДОПУЩЕННЫЕ КОМИТЕТОМ К ПРОИЗВОДСТВУ И ВЫПУСКУ В ОБРАЩЕНИЕ В СССР</p> <p style="text-align: center;"><b>КОЛБА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ С КОНИЧЕСКИМ ГОРЛОМ</b></p> <p style="text-align: center;">для определения содержания сахара в свекле, наливная, вместимостью 200 мл, типа КСК</p>	<p style="text-align: center;">ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР № 93</p>
--	---	--

### НАЗНАЧЕНИЕ

Колба типа КСК изготавливается по ОСТ 10064—59 и предназначается для определения содержания сахара в свекле.

### ОПИСАНИЕ

Колба типа КСК представляет собой шаровидный сосуд номинальной вместимости 200 мл с плоским дном и конусообразным горлом, на котором наносятся два кольцевых штриха, указывающих вместимость колбы. Внешний вид колбы показан на рисунке.



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кольцевые штрихи на горле колбы определяют соответственно вместимость: 200 мл — нижний штрих и 201,5 мл — верхний штрих.

Допустимое отклонение от номинальной вместимости составляет  $\pm 0,2$  мл (по особому заказу изготавливаются колбы с отклонением, не превышающим  $\pm 0,1$  мл).

### МАРКИРОВКА

На каждой колбе наносится:

- 1) товарный знак завода-изготовителя;
- 2) номинальная вместимость в мл (200 мл);
- 3) температура 20° С.

Государственная поверка колб типа КСК производится при выпуске из производства по инструкции 65—42 Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

Тип меры утвержден и допущен к производству и выпуску в обращение в СССР приказом Председателя Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 8 декабря 1948 года за № 227 и внесен в Государственный реестр