



П А С П О Р Т

Термометр стеклянный, применяемый при испытании нефтепродуктов тип **ТН6** № **126**

Пределы измерений от **7** -30 °C до +60 °C

Цена деления 1 °C

Пределы допускаемых погрешностей показаний _____ °C

Температурный интервал	Допускаемая погрешность при цене деления		
	1	0,5	0,2
От -35 до 0			
св. + 0 » +100	±1	±1	±0,3
» +100 » +200	±2		±0,2
» +200 » +300	±3	±2	±0,4
+300 » +400	±4	±3	±1

Фактические поправки в поверяемых отметках шкалы °C

» При	-30	-20	0	+20	+30	
Поправка	<u>0,2</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>		
При	+40	+50	+60	+80	+100	
Поправка		<u>0,4</u>				
При	+130	+150	+200	+250	+300	+350
Поправка						

Состарен, охлажден (подчеркнуть)

Выпущен в соответствии с требованиями ГОСТ 400-64
Гарантийный срок эксплуатации и хранения — 18 месяцев со времени изготовления.

Мастер ОТК

« 2 » 1972г.