

СССР Комитет по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ И ДОПУЩЕННЫЕ КОМИТЕТОМ К ВЫПУСКУ В ОБРАЩЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЮ В СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР № 110
	МЕРЫ ДЛИНЫ ТИПА МД брусковые деревянные 0,5 и 1 м	

НАЗНАЧЕНИЕ

Меры длины типа МД брусковые деревянные применяются в торговой сети для измерения ткани и других материалов.

ОПИСАНИЕ

Меры длины типа МД брусковые деревянные, имеющие форму прямоугольного сечения, изготавливаются из дерева твердых пород (дуб, ясень, клен и т. д.) длиной в один метр и полметра.


Концы мер снабжены наконечниками из листовой стали или латуни.

Наконечники прикреплены к деревянной части тремя заклепками, из которых средняя служит для нанесения Государственного клейма.

На обеих широких сторонах метра нанесены полусантиметровые, сантиметровые и дециметровые деления.

каждое дециметровое деление отмечено числами, указывающими в сантиметрах расстояние этого деления от начала меры.

Каждое полудециметровое деление может быть отмечено цифрой 5.



Меры длины типа МД

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цена наименьшего деления 0,5 см.

Допустимая погрешность на общую длину:

для метра $\pm 1,5$ мм,

для полуметра $\pm 1,0$ мм,

на одно сантиметровое деление $\pm 0,5$ мм.

МАРКИРОВКА

На мерах длины нанесены:

- 1) производственная марка завода-изготовителя;
- 2) наименование меры: „Метр“ или „0,5 метра“;
- 3) единица измерения.

ПОВЕРКА

Государственная поверка мер длины типа МД при выпуске из производства и ремонта, а также находящихся в обращении, производится по Инструкции № Н-ЦУМВ.

Этой же инструкцией следует руководствоваться при ведомственной поверке.

Тип меры утвержден и допущен к выпуску в обращение и применению в СССР приказом Председателя Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 31 мая 1949 г. за № 106 и внесен в Государственный реестр.