5.09.94

Микроамперметры
Миллиамперметры
Амперметры
Вольтметры

М 903М/1 (ЗПН.323.050ПС)
М 903М/2 (ЗПН 325.028ПС)
М 903М/3 (ЗПН 320.031ПС)
М 903М/4 (ЗПН 324.031ПС)

ПАСПОРТ
№ 7645

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для измерения тока или напряжения в цепях постоянного тока.
Климатические рабочие условия применения:

Температура воздуха, °С	от −50 до +60
Относительная влажность %	95 (+35°С)
Атмосферное давление, кПа	84 — 106

Внимание! При монтаже крепящие винты ввинчивать в прибор на глубину не более 5 мм

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение прибора М903М — 1
Предел измерений 200 мкА, мА, А, В
Класс точности 1,2
Внутреннее сопротивление 500 Ом
Нормальное положение: вертикальное, горизонтальное
Испытательное напряжение прочности изоляции 2 кВ при нормальных условиях.
Прибор выдерживает: в нерабочем состоянии удары с максимальным ускорением 70 м/с² с частотой 10—50 ударов в минуту (общее число ударов — 2000) длительность импульса 6—20 мс; вибрацию с максимальным ускорением 15 м/с² и частотой 30 Гц
Габаритные размеры: 120×105×64 мм
Масса прибора: не более 0,3 кг
Содержание драгоценных материалов:
платина — 0,0018 г в составе сплава
серебро — 0,0225 г (только в амперметрах)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор — 1 шт
Паспорт — 1 экз
Калиброванные провода (для приборов — на 75 мВ) в соответствии с ГОСТ 1609.76 — 2 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор М903М соответствует ТУ 25-7543.001-89 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель Госприемки ————— Контролер ОТК

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Упаковка приборов, маркировка упаковочной тары и документация, укладываемая в ящик соответствует ГОСТ 9181-74

6. МЕТОДЫ ПОВЕРКИ

Поверка приборов производится согласно ГОСТ 8.497-83 Вид поверки ведомственная Межповерочный интервал один год.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортирования и хранения Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Дата проверки	Где и кем проведен	Результат	Подпись