

1739

Ивановский завод испытательных приборов  
(ЗИП)

ДИНАМОМЕТР РАСТЯЖЕНИЯ  
ПРУЖИННЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ГОСТ 13837—68

ДПУ-0,5/2

ПАСПОРТ

1975

### 1. Общие сведения об изделии

Динамометр растяжения пружинный указывающий общего назначения ДПУ-0,5/2 внесен в Государственный реестр за № 1183—63 и утвержден к выпуску в обращение в стране.

Изготовлен числа **29** **СЕН** **1975** месяца ..... года .....

на Ивановском заводе испытательных приборов.

Заводской № ..... **1739** .....

### 2. Основные технические данные и характеристики

Пределы измеряемых усилий, кгс	50—500
Цена деления шкалы, кгс	5
Основная погрешность показаний, % от верхнего предельного значения силы, не более	±2
Порог чувствительности, определяемый при нижнем и верхнем пределах измерений, % от верхнего предела измерения, не более	0,5
Диаметр шкалы, мм	165
Габаритные размеры, мм:	
длина с проушинами	325
высота	50
ширина	198
Масса динамометра, кг, не более	2,3
Масса динамометра с футляром, кг, не более	3,6

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество
	<b>Изделие</b>	
	Динамометр растяжения пружинный общего назначения . . . . .	1
	<b>Съемные части изделия</b>	
0-11	Проушина . . . . .	2
	<b>Принадлежности</b>	
7-0	Футляр . . . . .	1
	<b>Эксплуатационная документация</b>	
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации . . . . .	1
	Паспорт . . . . .	1

### 4. Свидетельство о приемке

Динамометр ДПУ-0,5/2, заводской номер 1739

соответствует ГОСТу 13837—68 и признан годным для эксплуатации.

29 СЕН 1975

Дата выпуска .....

Контрольный мастер *[Signature]*

Начальник ОТК завода *[Signature]*



5. Свидетельство о консервации

Динамометр ДПУ-0,5/2, заводской номер .....1739.....,  
подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Дата консервации .....29 СЕН 1975.....

Срок консервации не менее 3 лет.

Консервацию произвел Бр. Лушва  
подпись

Изделие после консервации  
принял А.И.И.  
подпись

6. Свидетельство об упаковке

Динамометр ДПУ-0,5/2, заводской номер .....  
упакован согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Дата упаковки .....

Упаковку произвел.....  
подпись

Изделие после упаковки  
принял.....  
подпись

## 7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель обязано в течение 18 месяцев со дня ввода динамометра в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня его отгрузки, безвозмездно заменять или ремонтировать динамометр, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие его требованиям ГОСТа 13837—68.

Замена или ремонт динамометра производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации динамометра, указанных в ГОСТе 13837—68, техническом описании и инструкции по эксплуатации на данный динамометр.