

**ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ  
НАСТОЛЬНЫЕ БЦ-5М  
И ЦИФЕРБЛАТНЫЕ  
БЦ-10**


Внесены  
в Государственный  
реестр  
под № 4573—74,  
4574—74

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 20 декабря 1974 г. Выпуск разрешен

до 01.01.1980 г.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Весы бытовые циферблатные настольные БЦ-5М (см. рисунок) и циферблатные БЦ-10 предназначены для домашнего пользования.



**ОПИСАНИЕ**

В металлическом корпусе весов расположены пружинный механизм, циферблат и стрелка. Под действием приложенной нагрузки возникают растягивающие усилия пружины, вызывая вращение стрелки. Массу груза определяют по шкале циферблата.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице.

Характеристика	Значение характеристики для весов	
	БЦ-5М	БЦ-10
Наибольший предел взвешивания, кг	5	10
Наименьший предел взвешивания, кг	0,2	0,5
Цена деления шкалы, кг	0,02	0,1
Число делений шкалы циферблата	250	100
Допускаемая погрешность, кг	$\pm 0,04$	$\pm 0,2$
Габаритные размеры, мм	$250 \times 250 \times 230$	$100 \times 35 \times 295$
Масса без упаковки, кг	1,68	0,4

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с весами поставляют инструкцию по эксплуатации.

*Испытания проводила Кокчетавская областная лаборатория государственного надзора за стандартами и измерительной техникой. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).*

*Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.*