

**ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
6.200 АД-50-ЗВМ**

**Внесены  
в Государственный  
реестр  
под № 4618—82  
Взамен 4618—75**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 3 ноября  
1982 г.**

**Выпуск разрешен  
до 01.07.87**

### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Дозаторы весовые автоматические 6.200 АД-50-ЗВМ предназначены для дозирования муки. Дозатор является составной частью устройства весового карусельного для фасовки и упаковки муки в мешки 6.055 АДК-50-ЗВМ, которое применяется на зерноперерабатывающих предприятиях, производящих отгрузку муки в железнодорожные вагоны непосредственно из выбойного отделения, минуя склад готовой продукции.

### **ОПИСАНИЕ**

Работа весов и дозатора построена на принципе автоматического уравновешивания массы продукта, находящегося в грузоприемном устройстве, мас-сой гирь, находящихся в уравновешивающем устройстве.

Весы состоят из следующих сборочных единиц: питателей шнекового и ба-рабанного кожуха, коромысла, подставки, станины, регулятора плавности с датчиком, устройства грузоприемного и станции управления.

Дозатор состоит из следующих сборочных единиц: устройства весового (спаренное); питающего устройства (6 штук); шкафа управления; пульта за-дания количества мешков; блока индикации; педали; пульта управления.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Вид — стационарный.

Наибольший предел производительности при взвешивании муки 600 отве-сов/час.

Управление электрическое.

Габаритные размеры 3340×2550×1485 мм.

Масса 1900 кг.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят: весы (дозатор); комплект ЗИП; комплект эк-сплуатационной документации.

### **ПОВЕРКА**

Дозаторы поверяют по ГОСТ 14165—69 и ГОСТ 14166—69 образцовыми гириями 4-го разряда ГОСТ 7328—82 Е.

*Изготовитель* — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.