

**ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
6.142.АД-50-39**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 4618—83
Взамен № 4618—75**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 24 августа
1983 г.**

**Выпуск разрешен
установочной серии**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозаторы весовые автоматические 6.142 АД-50-39 предназначены для дозирования и учета муки и мучнистых комбикормов в составе технологической линии переработки зерна, применяются на мельницах сортового помола и предприятиях хлебопродуктов.

ОПИСАНИЕ

В дозаторах использован принцип автоматического уравнивания силы тяжести взвешиваемого продукта с помощью гирь, помещенных в гиредержатель.

Подача продукта в грузоприемное устройство дозатора осуществляется гравитационно посредством впускной воронки с двумя секторными заслонками.

Управление дозаторами электрическое.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел дозирования 50 кг.

Наименьший предел дозирования 20 кг.

Наибольший предел производительности 15 т/ч.

Класс точности 0,25.

Масса 320 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: дозатор весовой автоматический; комплект ЗИП; комплект эксплуатационной документации.

ПОВЕРКА

Весы поверяют по ГОСТ 14166—69.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.