
**ТЕРМОМЕТРЫ-СУВЕНИРЫ
БАННЫЕ ТСБ**


Внесены
в Государственный
реестр
под № 5219—76

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров
СССР 14 января 1976 г. Выпуск разрешен

до 01.01.1980 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термометры-сувениры банные ТСБ (см. рисунок) предназначены для измерения температуры в парных отделениях индивидуальных бань в диапазоне от 0 до 140°C при относительной влажности до 95% при температуре 35°C.



ОПИСАНИЕ

Принцип работы прибора основан на раскручивании или скручивании биметаллической спирали при изменении температуры окружающего воздуха.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерения температуры от 0 до 140°C.

Основная погрешность показаний в интервалах измерения температур не превышает, °С: ± 3 в интервале от 0 до 40°C; ± 7 от 40 до 110°C; ± 10 — свыше 110°C.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с термометром поставляют:

- 1) упаковочную коробку;
- 2) паспорт.

ПОВЕРКА

Термометр периодической поверке не подлежит.

Испытания проводил Эстонский республиканский центр метрологии и стандартизации. Результаты испытаний рассмотривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.