

**МЕНЗУРКИ МЕРНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ
150—200 мл И СТАКАНЫ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 мл**

Внесены
в Государственный
реестр
под № 6244—77

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров
СССР 7 сентября 1977 г.

Выпуск разрешен
до 01.07 1982 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мензурки мерные вместимостью 150—200 мл и стаканы вместимостью 200 мл (см. рисунок) предназначены для отмеривания и отпуска напитков.

ОПИСАНИЕ

Посуду стеклянную мерную изготавливают из обесцвеченного и полубелого стекла способом прессования.

Мензурки и стаканы мерные имеют слегка коническую форму, расширенную кверху. Верхняя часть корпуса гладкая, к низу — граненая. На гладкой внутренней поверхности нанесены круговые указательные черты: для мензурок 150 и 200 мл; для стаканов 200 мл. На внутренней поверхности мензурок и стаканов выше указательной черты указана вместимость и нанесено клеймо государственной поверки.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость мензурок 150—200 мл.
Вместимость стаканов 200 мл.

Основные размеры, мм: высота 107 ± 2 , наружный верхний диаметр $75 \pm 1,5$, наружный нижний диаметр $55,6 \pm 1$.

Масса 200—220 г.

ПОВЕРКА

Мерные мензурки и стаканы поверяют по инструкции 32—53 «По поверке мерных кружек, металлических конических мер вместимости и мензурок для отпуска напитков».

Испытания проводил Донецкий центр метрологии и стандартизации. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИС).

Изготовитель — Министерство промышленности строительных материалов УССР.