
ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ДВБ-5М


Внесены
в Государственный
Реестр
под № 6981—79

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 31 января 1979 г.

Выпуск разрешен
до 01.01.1984 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы бытовые ДВБ-5М (см. рисунок) предназначены только для домашнего пользования.



ОПИСАНИЕ

В весах использован принцип уравнивания усилия, приложенного к грузоприемному устройству (тарелке) силовым измерительной пружинной растяжения.

Весы состоят из грузоприемного устройства (тарелки), рычажно-пружинного уравнивающего механизма, корпуса, отсчетного устройства с вращающимся указателем.

В весах предусмотрено устройство для установки указателя на нулевую отметку отсчетной шкалы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименьший предел взвешивания 0,2 кг.
Наибольший предел взвешивания 5 кг.
Пределы допускаемой погрешности ± 40 г.
Количество делений отсчетной шкалы 250.
Габаритные размеры, мм:
весов без тарелки 186×125×142;
тарелки 236×236×66 мм.
Масса 1 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- 1) весы;
- 2) тарелка;
- 3) упаковочная коробка;
- 4) паспорт.

ПОВЕРКА

Методы и средства поверки весов при выпуске из производства изложены в технических условиях. Периодической поверке весы ДВБ-5М не подлежат.

Испытания проводила государственная комиссия с участием Украинского республиканского центра стандартизации и метрологии. Результаты испытаний рассматривал Сибирский государственный ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.