ТЕРМОМЕТРЫ ВАННЫЕ ТВМ

Внесены
в Государственный
реестр
под № 7334—79

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 15 августа 1979 г.

Выпуск разрешен
до 01.07.1984 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термометры ванные ТВМ предназначены для измерения воды в диапазоне от 0 до 50 °С.



ОПИСАНИЕ

Принцип действия термометра основан на видимом изменении объема термометрической жидкости под воздействием изменения температуры воды.

Термометры имеют прикладную шкалу, вложенную в стеклянную оболочку. Термометр помещен в полистироловую защитную оправу.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений от 0 до 50 °С.
Цена деления шкалы 1 °С.
Предел допускаемого значения погрешности ±1 °С.
Наполнитель — метилкарбитол.
Габаритные размеры, мм:
термометра в оправе (длина×ширина) 215×24;
термометра без оправы (длина×диаметр) 120×16.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки термометра входят: термометр ТВМ; футляр (коробка) из картона; паспорт.

ПОВЕРКА

Периодичность поверки — 1 раз при выпуске из производства.

Испытания проводил Московский центр стандартизации и метрологии. Результаты испытаний рассматривало НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.