

ОПИСАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Подлежит публикации
в открытой печати.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Клинской МР ЛГН


Ю.В.Колесников

3. 06 1988 г.

| | | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| Государственный комитет! | БЮРЕТКА | ! | Внесены в государственный | |
| СССР по стандартам | ! | 6,5 мл | ! | реестр мер и измерительных |
| | | | | приборов СССР под № 7485-80 |

Назначение и область применения

Бюретка вместимостью 6,5 мл предназначена для определения количества газов по разности объемов жидкости до и после проведения анализа.

Описание

Бюретка вместимостью 6,5 мл представляет собой цилиндрический сосуд с отводами, к которому припаяна градуированная трубка с крапом. На трубке бюретки нанесена шкала, соответствующая вместимости.

Служит для комплектации приборов и аппаратов, которые применяются в лабораториях и научно-исследовательских институтах.

Основные технические характеристики

Вместимость бюретки, мл - 6,5.

Допускаемое отклонение, мл - $\pm 0,02$.

Цена деления, мл - 0,02.

Габариты бюретки: высота, мм - 620 ± 5

диаметр, мм - 55 ± 3

Поверка

Поверка бюретки вместимостью 6,5 мл проводится по ГОСТ 8.234-7 "Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки".

Испытания проведены

Клинской МР ЛГН

Материалы рассмотрены

Предприятием п/я А-1686

Изготовитель

Министерство приборостроения,
средств автоматизации и систем
управления СССР.

Исполнитель



В.Я.Алиманова