

ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Подлежит публикации
в открытой печати

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Клинской МРЛГН

Ю.В. Колесников

03 06 1980 г.

Государственный комитет СССР по стандартам	Микробюретка 10 мл	Внесены в государственный реестр мер и измерительных приборов СССР под № 7788-80
--	-----------------------	--

Назначение и область применения

Микробюретка вместимостью 10 мл предназначена для определения количества газа по разности объёмов жидкости до и после проведения анализа. Служат для комплектации приборов и аппаратов, которые применяются в лабораториях и научно-исследовательских институтах.

Описание

Микробюретка вместимостью 10 мл представляет собой мерную ёмкость с отводными трубками, к которым припаяны краны. На трубке нанесена шкала, соответствующая вместимости.

Основные технические характеристики

- Вместимость бюретки, мл - 10
- Допускаемое отклонение, мл - $\pm 0,02$
- Цена деления, мл - 0,02
- Габариты бюретки: высота, мм - 855 ± 30
диаметр, мм - 22 ± 2

Поверка

Поверка микробюретки вместимостью 10 мл производится по ГОСТ 8.234-77 "Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки"

Испытания проведены

Клинской МРЛГН

Материалы рассмотрены

Предприятием п/я А-1686

Изготовитель

Министерство приборостроения,
средств автоматизации и систем
управления СССР.

Исполнитель

В.Я. Алиманова

Вее -