
**ВЕСЫ БЫТОВЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ ВН-120М**


Внесены
в Государственный
реестр
под № 7953—80

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам
22 октября 1980 г.

Выпуск разрешен
установочной серии

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы бытовые напольные ВН-120М предназначены для взвешивания человека в бытовых условиях.



ОПИСАНИЕ

Весы состоят из трех основных частей: грузоприемного устройства, закрытой рычажно-пружинной измерительной системы и отсчетного устройства. При взвешивании усилие, воспринимаемое грузоприемным устройством, через систему рычагов, силоизмерительную пружину, служащую для уравнивания приложенной нагрузки, и зубчатую пару передается на отсчетное устройство.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименьший предел взвешивания 6 кг.
Наибольший предел взвешивания 120 кг.

Цена деления шкалы 0,5 кг.
Чувствительность 2 деления/кг.
Допускается погрешность ± 1 кг.
Вариация показаний нагруженных весов 1 кг.
Непостоянство показаний нагруженных весов $\pm 0,25$ кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с весами поставляют руководство по эксплуатации.

ПОВЕРКА

Первичная поверка весов при выпуске из производства возложена на завод-изготовитель.

Испытания проводил Латвийский центр стандартизации и метрологии. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).

Изготовитель — Министерство местной промышленности Латвийской ССР.