
**КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ
КЭР-50-0,5-1 ОКА-11**

**Внесена
в Государственный
реестр
под № 8343—90**

**Утверждена Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам 10 июля 1990 г.
Выпускается по ТУ 112—015—84.**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Колонка топливораздаточная КЭР-50-0,5-1 ОКА-11 с электроприводом и ручным управлением предназначена для внутрихозяйственного учета и измерения объема топлива вязкостью от 1,5 до 40 сСт при выдаче его в топливные баки транспортных средств и других самоходных машин, а также в тару потребителей, при температурах окружающего воздуха от 50 до —40 °С.

ОПИСАНИЕ

Колонка ОКА-11 осуществляет перекачку топлива из хранилища к потребителю, измерение и индикацию его количества.

Колонка оснащена указателем разового учета стрелочного типа с ценой деления 0,1 л.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход $50 \begin{smallmatrix} +10 \\ -2 \end{smallmatrix}$ л/мин.

Минимальная доза выдачи 50 л.

Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,5$ %.

Диапазон рабочих температур от 50 до -40 °С.

Мощность двигателя 0,55 кВт.

Габаритные размеры 80×450×1500 мм.

Масса 130 кг.

ПОВЕРКА

Поверка колонки осуществляется по инструкции «ГСИ. Колонка топливо-раздаточная 1КЭР-50-0,5—1 ОКА-11. Методика поверки».

Средства поверки: мерники образцовые II разряда вместимостью 50, 100 л с основной погрешностью не более $\pm 0,1$ % по ТУ 50.502—85.

Испытания проводила государственная комиссия.