

ФОРМА ОПИСАНИЯ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ*

Зам. директора ВНИИФТРИ

А.И.Механников

"14" март 1983 г

а) Калибратор микрофонов 05000, пистонфон 00003.

Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания.
Регистрационный № 9383-83
Взамен № 9384-83

Выпуск разрешен до жж

" " 19 г

б) Выпускается по Техническим условиям фирмы "Роботрон-Мессэлектроник" ГДР.

Назначение и область применения

в) Приборы предназначены для калибровки микрофонов и шумомеров в процессе эксплуатации.

Описание

г) Звуковое давление создается в измерительной камере с помощью диафрагмы (05000). В камеру помещают калибруемый микрофон и определяют напряжение на его выходе.

д) 05000 - частота 1000 Гц, уровень звукового давления $94 \pm 0,3$ дБ; масса 450 г.

00003 - частота 180 Гц, уровень звукового давления $118 \pm 0,3$ дБ, масса

ж) Комплектность

Сменные камеры для микрофонов разных диаметров.

з) Поверка

Документ на поверку не разработан.

Для поверки необходима установка КОС-1.

Заключение

к) Приборы удовлетворяют требованиям НТД фирмы. Изготовитель фирма "Роботрон-Мессэлектроник", ГДР.

Начальник сектора Лопашев Д 3 Лопашев