

ФОРМА ОПИСАНИЯ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА.

УТВЕРЖДАЮ **Ж**

Зам. директора ВНИИЭТРИ

А.И.Механиков

"14" июни 19 83 г

а) Генераторы 03004, ~~03005, 03006, 03007,~~
~~03008~~

Внесены в Государственный
реестр средств измерений,
прошедших государственные
испытания.

Регистрационный № 9385-83

Взамен № _____

Выпуск разрешен до **ЖЖ**

" " _____ 19 г

б) Выпускается по техническим условиям .

Назначение и область применения

в) Приборы предназначены для измерения в шумометрии. Применяются
при градуировке акустической аппаратуры.

Описание.

д) 03004 - генератор шума, белого или розового спектра.

03005 - генератор синусоидального напряжения,

03006, 03007, 03008 - состоят из 03004, 03005, и блока питания

04003, а также дополнительно: 03007 и 03008, имеют измерительный
прибор 02037; 03008 имеет блок предельных значений. 04005 для
ограничения частотного диапазона.

д)

Тип	Диапазон частот	Вид сигнала	Выходное напряжение, В	Внутреннее сопротивление, Ом	Масса, кг.
03004	2Гц-20кГц	розовый шум	I	50	I
	2Гц-200кГц	белый шум	I		
03005	0,2Гц-200кГц	<i>Sin.</i> 	10	10,50,0,5	3,5
03006	0,2Гц-200кГц	<i>Sin.</i> 	10	10;50; 0,5	3,5
03007	0,2Гц-200кГц	<i>Sin.</i> шум, 	0,2-10	100	17
03008	0,2Гц-200кГц	<i>Sin</i> шум 	0,2-10	100	17

ж) В комплект входят приборы и техническое описание.

Поверка.

з) Документ на поверку не разработан.

Для поверки необходима установка КОС-1.

Заключение.

Приборы удовлетворяют требованиям НТД фирмы. Изготовитель и/п "Фотоботрон-Мессэлектроник", ГДР.

Начальник сектора *Лопашев* Д.З. Лопашев