

ФОРМА ОПИСАНИЯ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ВНИИФТРИ

А.И.Механников

"14" июня 19 85 г

а) Самописец уровня 02013

Внесены в Государственный
реестр средств измерений,
прошедших государственные
испытания

Регистрационный № 9386-83

Взамен № _____

Выпуск разрешен до XX

" " _____ 19 г

б) Выпускается по техническим условиям.

Назначение и область применения.

в) Приборы предназначены для использования в приемных акустических трактах.

г) Описание

самописец уровня имеет усилитель, электромагнитную систему привода пера, и электрический привод перемещения бумаги, а также 6 сменных потенциометров. для разных динамических диапазонов записи.

д) Диапазон частот 2Гц -200 кГц , диапазон записи: 10, 25, 50, 75 дБ
10, 125 мВт. Ширина бумаги 100 мм. Габариты: 541 x 263 x 288мм.

Масса 40 кг.

ж) В комплект входит: самописец, сменные потенциометры , техническое описание,

Поверка.

з) Документ на поверку не разработан.

Для поверки необходима установка КОС-I.

Заключение.

- з) Приборы удовлетворяют требованиям НТД фирмы. Изготовитель
н/п "Роботрон-Мессэлектроник" ГДР.

Нач-к сектора- *Лопашев* Д.З. Лопашев
10 января 1983г.