

ФОРМА ОПИСАНИЯ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ВНИИФТРИ

А.И.Механиков

"14" ~~июн~~ 1983 г

а) Цифровой программный
блок 04030

Внесены в Государственный реестр
средств измерений, прошедших госу-
дарственные испытания
Регистрационный № 9388-83
Взамен № _____

Выпуск разрешен до жж

" " _____ 19 ____ г

б) Выпускается по ТУ НН "Роботрон-Мессэлектроник". ГДР.

Назначение и область применения

в) Приборы предназначены для измерения частоты и управления
генераторами и фильтрами.

Описание

г) Цифровой прибор вырабатывает управляющие сигналы, сигналы кор-
рекции и информационные сигналы (интерфейс I.2).

д) Диапазон частот 0,2 Гц - 200 кГц, входное напряжение 2-10В.

Погрешность измерения частоты (0,5 - 1)%.

ж) В комплект входят техническое описание, принадлежности.

з) Поверка

Документ на поверку не разработан.

Для поверки необходима установка КОС-1.

Заключение

к) Приборы удовлетворяют требованиям НТД фирмы. Изготовитель
н/п "Роботрон-Мессэлектроник", ГДР.

Начальник сектора Лопашев Д.З. ЛОПАШЕВ