
**САМОПИСЕЦ УРОВНЯ 02060 с БЛОКОМ
ПИТАНИЯ 04028**

Внесен
в Государственный
реестр
под № 10043—85

Утвержден Государственным комитетом СССР по стандартам 12 июня 1985 г.

Выпуск разрешен
до 01.01.90

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самописец уровня 02060 с блоком питания 04028 предназначен для измерения и регистрации переменного и постоянного электрических напряжений функции времени, угла или частоты при акустических измерениях.

Диапазон рабочих температур от -10 до 50°C .

ОПИСАНИЕ

Измеряемый сигнал поступает на входной усилитель, затем на выпрямитель и усилитель мощности, сравнивается с сигналом, перемещающим подвижную систему самописца, которая при этом отклоняется в положение, зависящее от значения входного сигнала. Сменные потенциометры позволяют изменять диапазон измерений. Регистрация сигнала проводится на бумаге, приводимой в движение шаговым двигателем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот от 2 Гц до 20 кГц.

Динамические диапазоны 25, 50 дБ, 2,25—22,5 мВ, 0—70 мВ.

Скорость записи: 16; 40; 100; 250 мм/с.

Ширина бумаги 50 мм.

Скорость перемещения бумаги от 0,01 до 30 мм/с.

Габаритные размеры $326 \times 209 \times 106$ мм.

Масса 6 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с прибором поставляют: блок батарей; сетевой блок; фламастер; сапфировые иглы — 5 шт.; кабели — 4 шт.; шаблон для определения реверберации; чехол; комплект документации.

ПОВЕРКА

Прибор поверяется на установке КОС-1 согласно инструкции по поверке.

Испытания проводила государственная комиссия.

Изготовитель — «Роботрон-Мессэлектроник», г. Дрезден, ГДР.