

**ВЕСЫ БЫТОВЫЕ
НАСТОЛЬНЫЕ ВН-2**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 10151—85**

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 28 августа 1985 г.

Выпуск разрешен

до 01.01.90

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы бытовые настольные ВН-2 предназначены для взвешивания продуктов в бытовых условиях, но не предназначены для взвешивания в торговой сети и медицинских учреждениях.

ОПИСАНИЕ

Весы бытовые настольные ВН-2 состоят из трех основных частей: грузоподъемного устройства, закрытой рычажно-пружинной системы и отсчетного устройства.

Корректировка нуля производится путем поворота шкалы для совмещения риски нулевого деления со стрелкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы взвешивания, кг: наименьший 0,2; наибольший 2.

Цена деления шкалы 0,02 кг.

Предел допускаемой погрешности $\pm 0,02$ кг.

Средний срок службы весов не менее 12 лет.

Габаритные размеры, мм: диаметр 150; высота 90.

Масса 0,6 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: весы ВН-1 в сборе; паспорт или руководство по эксплуатации; потребительская тара.

ПОВЕРКА

Поверка весов бытовых ВН-2 при выпуске из производства и после ремонта производится в соответствии с методическими указаниями по поверке.

В эксплуатации весы поверке не подлежат.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки весов бытовых ВН-2 после ремонта: весы с НПВ до 10 кг; набор образцовых гирь IV разряда, ГОСТ 7328—82 Е.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривало НПО «Метрология».

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.