

---

**ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ НРБ-10**

Внесены  
в Государственный  
реестр  
под № 10309—85

---

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 18 декабря 1985 г.

Выпуск разрешен  
до 01.01.90

---

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Весы настольные бытовые НРБ-10 предназначены для взвешивания различных продуктов в домашних условиях.

**ОПИСАНИЕ**

При наложении груза на тарелку весов, установленную на платформу, усилие от воздействия груза передается на рычаг большой и рычаг малый, которые подвешены в корпусе весов посредством серег и имеют возможность качания в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Усилие от рычажной системы через серьгу передается на скобу, которая своей призмой установлена на стойках, имеющих форму подушек, и имеет возможность качания в вертикальной плоскости. На скобе находится шкальное устройство, имеющее основную и дополнительную шкалы и основную и малую гири, перемещением которых по шкалам добиваются уравновешивания взвешиваемого груза.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наибольший предел взвешивания 10 кг.

Наименьший предел взвешивания 0,05 кг.

Цена деления основной шкалы 1 кг, дополнительной шкалы 0,02 кг.

Допускаемая погрешность в кг на пределах взвешивания: от 50 г до 5 кг  $\pm 0,030$ ; от 5 до 10 кг  $\pm 0,040$ .

Чувствительность весов на всем диапазоне такая, что при изменении нагрузки на величину допускаемой погрешности подвижный указатель отклоняется не менее чем на 2 мм.

Габаритные размеры 375×255×75 мм.

Масса 3,4 кг.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с весами поставляют руководство по эксплуатации и упаковочную коробку.

## ПОВЕРКА

При выпуске из производства поверка весов осуществляется по методическим указаниям по поверке.

В эксплуатации весы поверке не подлежат.

*Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривало НПО «Метрология».*

*Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.*