

**МЕРНИКИ ТИПА М2р: М2р-500-01,
М2р-500-02; М2р-500-04**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 10968—87**

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 9 июня 1987 г.

**Выпуск разрешен
без срока**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мерники типа М2р предназначены для поверки и аттестации технических мерников 2-го класса, измерительных резервуаров топливно-раздаточных колонок дозаторов и счетчиков жидкости, изготавливаются для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.

ОПИСАНИЕ

Рабочую жидкость подают в предварительно смоченный мерник через измерительную горловину для мерников исполнений 01, 04 и через наливной кран исполнения 02 после заполнения жидкости сливают через сливной кран. Мерники М2р-500-01 имеют горловину с подвижной шкалой; М2р-500-02 — переливную горловину; М2р-500-04 — горловину для подсоединения к испытательным установкам для счетчиков жидкости.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость 500 дм³.
Основная погрешность не более $\pm 0,1\%$.
Габаритные размеры 2580×1700×2450 мм.
Масса 800 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: мерник; прицеп; ключ; паспорт.

ПОВЕРКА

Мерники поверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 8.400—80.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт расходометрии (ВНИИР).

Изготовитель — Госстандарт СССР.