

**МЕРНИКИ ТИПА М1р: М1р-500-01,  
М1р-500-02**

**Внесены  
в Государственный  
реестр  
под № 10969—87**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 9 июня 1987 г.**

**Выпуск разрешен  
без срока**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Мерники типа М1р предназначены для поверки и аттестации образцовых металлических мерников 2-го разряда, образцовых мерных баков, технических мерников 1-го класса, изготавлиются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

#### **ОПИСАНИЕ**

Жидкость подают в предварительно смоченный мерник через наливной кран. После заполнения жидкость сливают через сливной кран. Мерник М1р-500-01 с колневой отметкой на горловине, М1р-500-02 с переливной горловиной.

#### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальная вместимость мерников 500 дм<sup>3</sup>.  
Погрешность не более  $\pm 0,02\%$ .  
Габаритные размеры, мм: мерников М1р-500-01  $\varnothing 1200 \times 1950$ ; мерников М1р-500-02  $\varnothing 1200 \times 1930$ .  
Масса, кг: мерников М1р-500-01 150; мерников М1р-500-02 180.

#### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят: мерник образцовый, ключи — 2 шт.; паспорт.

#### **ПОВЕРКА**

Мерники поверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 8.400—80.

*Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт расходомерии (ВНИИР).*

*Изготовитель — Госстандарт СССР.*